

ტექნიკური დავალება

ტექნიკური მოთხოვნები:

- რაოდენობა: 10 ერთეული, ახალი და გამოუყენებელი.
- ეკრანი: არანაკლებ 27 დიუმი, IPS ან ეკვივალენტური ტექნოლოგია.
- გარჩევადობა: არანაკლებ 3840×2160 , 4K UHD.
- სიკაშკაშე: ტიპური არანაკლებ 450 cd/m^2 ; DICOM რეჟიმში — არანაკლებ 250 cd/m^2 .
- კონტრასტულობა: არანაკლებ 1200:1.
- ეკრანის ზედაპირი: ანტირეფლექსური.
- კავშირი: DisplayPort, HDMI და USB-C.
- სადგამი: სიმაღლის, დახრისა და მობრუნების რეგულირებით; ვერტიკალურ მდგომარეობაში გადაყვანის შესაძლებლობით.

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს DICOM-ის მოთხოვნებს:

- DICOM Part 14-ის GSDF მრუდთან შესაბამისი გამოსახვისა და კალიბრაციის მხარდაჭერა.
- სპეციალური DICOM რეჟიმი და აპარატურული კალიბრაციის შესაძლებლობა.
- კომპლექტში კალიბრაციის სენსორი — ჩაშენებული ან მოხსნადი — და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა.
- პერიოდული კალიბრაციისა და შედეგების ანგარიშის შენახვის შესაძლებლობა.
- მომწოდებელმა წარმოადგინოს მწარმოებლის დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს აღნიშნულ ფუნქციებს; მხოლოდ „DICOM რეჟიმის“ მითითება საკმარისი არ იქნება.
- მიწოდებისას განხორციელდეს თითოეული მონიტორის საწყისი კალიბრაცია და გადმოგვეცეს შესაბამისი ანგარიში.

შეთავაზებაში მომწოდებელმა მიუთითოს:

- მწარმოებელი, მოდელი და თითოეულ მოთხოვნასთან შესაბამისობა;
- ერთეულის და სრული რაოდენობის ფასი, გადასახადების მითითებით;
- მიწოდების ვადა და საგარანტიო/სერვისული პირობები;
- გადახდის პირობების მითითება;
- კალიბრაციის სენსორისა და პროგრამული უზრუნველყოფის კომპლექტაცია, ლიცენზიის ვადა და შესაძლო დამატებითი ხარჯები;
- მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული გამოყენების დანიშნულება და შეზღუდვები.

შენიშვნა: საბოლოო შერჩევამდე ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს საცდელი ერთეულის წარმოდგენა ჩვენს სამუშაო გარემოში შესაფასებლად. შეფასება მოიცავს როგორც DICOM კალიბრაციის შემოწმებას, ისე რადიოლოგების მიერ გამოსახულების ხარისხისა და არსებულ სამუშაო სისტემასთან თავსებადობის შეფასებას.