

Drill-Stop-Control (BL+TL)

OKTAGON®


Drill System for Safe Implant Site Preparation

Das Drill-Stop-Control System dient der einfachen und sicheren Aufbereitung des Implantatlagers. Die ansteigenden Durchmesser der Spiralbohrer sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt. Die Stopphülsen dienen dem definierten Tiefenstopp sowohl während der Pilot-, als auch während der Erweiterungsbohrung. Für die Anwendung ohne Stopphülsen sind die Instrumente mit Lasermarkierungen ausgestattet.

ACHTUNG: Um eine Verletzung anatomischer Strukturen zu vermeiden, ist die apikale Überlänge der Instrumente von 0,8 mm zu beachten.

The Drill-Stop-Control system provides an easy and safe preparation of the implant site. The increasing diameters of the twist drills are perfectly coordinated with each other. The stop sleeves provide the defined depth stop during the pilot drilling and during the expansion of the implant site. For the application without stop sleeves, the instruments are equipped with laser markings.

CAUTION: To prevent injury of any anatomical structure, the apical extra length of the instruments of 0.8 mm must be considered.



Art.-No. BDS00

Wichtig | Important

Die Durchmesser der Spiralbohrer sind abgestimmt auf zylindrische Implantate der OKTAGON® und Straumann® Implantatsysteme. The diameters of the twist drills fit together with cylindrical implants of the OKTAGON® and Straumann® implant systems.

Vorkörner mit Stop Initial bur with stop		Spiralbohrer Twist Drills			
Fig.	187RF	TDS15	TDS15	TDS15	TDS15
Shank ¹	204	204	204	204	204
Size ²	018	020	028	035	042
Length mm	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
Außendurchmesser	1.8	2.0	2.8	3.5	4.2

¹ 204=RA ² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ³ Largest working part diameter in 1/10 mm

Außendurchmesser External diameter

Stopphülsen Stop sleeves						
Fig.	CL031	CL032	CL033	CL034	CL035	CL036
Length mm	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
△ max. drilling depth mm	15.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0



Drill-Stop-Control (BLT)


Drill System for Safe Implant Site Preparation

Das Drill-Stop-Control BLT dient der einfachen und sicheren Aufbereitung des Implantatlagers für Bone Level Tapered Implantate des Straumann® oder OKTAGON® Implantatsystems. Die ansteigenden Durchmesser der Spiralbohrer sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt. Die Stophülsen dienen dem definierten Tiefenstopp sowohl während der Pilot-, als auch während der Erweiterungsbohrung. Für die Anwendung ohne Stophülsen sind die Instrumente mit Lasermarkierungen ausgestattet.




ACHTUNG: Um eine Verletzung anatomischer Strukturen zu vermeiden, ist die apikale Überlänge der Instrumente von 0,4 mm zu beachten.

The Drill-Stop-Control BLT provides an easy and safe preparation of the implant site for Bone Level Tapered implants of the Straumann® or OKTAGON® implant system. The increasing diameters of the twist drills are perfectly coordinated with each other. The stop sleeves provide the defined depth stop during the pilot drilling and during the expansion of the implant site. For the application without stop sleeves, the instruments are equipped with laser markings.

CAUTION: To prevent injury of any anatomical structure, the apical extra length of the instruments of 0.4 mm must be considered.



OKTAGON®


Art.-No. BDS02

Vorkörner mit Stop Initial bur with stop		Spiralbohrer Twist Drills				
						
L		~4,4/4,9 mm ~4,4/4,9 mm ~4,4/4,9 mm ~4,4/4,9 mm ~4,4/4,9 mm ~4,4/4,9 mm	L			
Fig.	187RF	TDS0T	TDS0T	TDS0T	TDS0T	TDS0T
Shank ¹	204	204	204	204	204	204
Size ²	018	022	028	033	035	042
Length mm	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
	1.8	2.2	2.8	3.25	3.5	4.2

¹ 204 = RA ² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ³ Largest working part diameter in 1/10 mm

 Außendurchmesser External diameter

Stophülsen Stop sleeves						
						
L						
Fig.	CL066	CL065	CL064	CL063	CL062	CL061
Length mm	15.0	13.0	11.0	9.0	7.0	5.0
± max. drilling depth mm	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0

Drill-Stop-Control (myplant two)

Drill System for Safe Implant Site Preparation

Mit dem speziell für myplant two entwickelten Drill-Stop-Control System gelingt die Aufbereitung des Implantatlagers besonders einfach und sicher, da die Durchmesser der Spiralbohrer perfekt auf das myplant two Implantatsystem abgestimmt sind. Die Stopphülsen werden sowohl während der Pilot- als auch der Erweiterungsbohrung für den definierten Tiefenstopp eingesetzt. Die Längen der Stopphülsen eignen sich ideal für die subcrestale Platzierung des Implantats. Für die Anwendung ohne Stopphülsen sind die Instrumente mit Lasermarkierungen ausgestattet.

ACHTUNG: Um eine Verletzung anatomischer Strukturen zu vermeiden, sind die apikalen Überlängen der Instrumente zu beachten.

With the specially for myplant two developed Drill-Stop-Control system, the preparation of the implant site is particularly easy and safe, since the diameters of the twist drills are perfectly matched to the myplant two implant system. The stop sleeves are used both during the pilot and the extension drilling for the defined depth stop. The lengths of the stop sleeves are ideal for subcrestal placement of the implant. For application without stop sleeves, the instruments are equipped with laser markings.

CAUTION: To prevent injury of any anatomical structure, the apical extra lengths of the instruments must be considered.



Art.-No. BDSMP

Wichtig | Important



Die Durchmesser sind perfekt abgestimmt auf das myplant two Implantatsystem.
Diameters fit perfectly with the myplant two implant system.

	Vorkörner mit Stop Initial bur with stop	Spiralbohrer Twist Drills			
Fig.	187RF	TDS18	TDS18	TDS18	TDS18
Shank ¹	204	204	204	204	204
Size ²	018	020	024	029	033
Length mm	19.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Apical extra lengths	-	-	0.4	0.5	0.6
*	1.8	2.0	2.4	2.9	3.3

¹ 204=RA ² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ² Largest working part diameter in 1/10 mm

* Außendurchmesser External diameter

	Stopphülsen Stop sleeves							
Fig.	CL050	CL051	CL052	CL053	CL054	CL055	CL056	CL057
Length mm	6.0	7.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
± max. drilling depth mm	16.0	15.0	13.0	12.0	11.0	10.0	9.0	8.0